Une option non pharmaceutique de dilatation avant le déclenchement du travail.

Cervical Ripening Balloon

AVEC STYLET

COOK® MEDICAL

Le ballonnet Cook de maturation cervicale est un cathéter à double ballonnet en silicone muni d'un stylet malléable et ajustable en longueur. Il offre une option non pharmaceutique pour la dilatation du canal cervical avant le déclenchement du travail à terme lorsque le col est défavorable.

Technique de dilatation cervicale









1 Desserrer le raccord sur l'embase proximale du stylet et ajuster le guide de façon à ce que l'extrémité distale du stylet soit au même niveau que l'extrémité distale du ballonnet de maturation cervicale.

2 Serrer le raccord pour immobiliser le guide pendant la manipulation et ancrer fermement la poignée ajustable dans l'orifice bleu marqué d'un « S ».





4 Avancer le ballonnet pour maturation cervicale dans le col jusqu'à ce que les deux ballonnets aient franchi le canal cervical.

5 Gonfler le ballonnet utérin avec 40 mL de sérum physiologique. Lorsque le ballonnet utérin est rempli, tirer le dispositif jusqu'à ce que le ballonnet bute contre l'orifice interne du col.

Consulter le mode d'emploi pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de ce produit, ainsi que la liste complète des mises en garde, avertissements et contre-indications.

Le ballonnet pour maturation cervicale avec stylet

- Permet une dilatation non pharmaceutique.
- Est associé à une réduction de la fréquence de tachysystolie et à une augmentation du taux d'accouchement par voie basse dans les 24 heures par rapport aux prostaglandines E_2.[1]
- Interrompt son action mécanique dès le retrait du dispositif.
- Ne nécessite pas de traction.
- Génère une pression uniforme sur les orifices interne et externe du col pendant le processus de dilatation.
- Améliore le score de Bishop chez les patientes nullipares par rapport aux sondes de Foley de 30 mL.[2]
- Est livré avec un stylet parfaitement intégré au cathéter.



3 Utiliser le stylet avec le ballonnet pour maturation cervicale pour franchir le col.
Remarque : Une fois que le col est franchi et que le ballonnet utérin est au-delà du niveau de l'orifice interne du col de l'utérus, retirer le stylet avant de continuer à avancer le cathéter.





6 Le ballonnet vaginal est alors visible à l'extérieur de l'orifice externe du col et doit être rempli avec 20 mL de sérum physiologique.

7 Une fois que les ballonnets sont situés de part et d'autre du col et que le dispositif est en place, remplir chaque ballonnet en alternance, jusqu'à ce que chacun d'eux contienne un maximum de 80 mL de liquide. Noter l'heure d'insertion du ballonnet afin qu'il ne reste pas plus de 12 heures en place avant la phase active de déclenchement du travail.



Cervical Ripening Balloon

AVEC STYLET

Le ballonnet Cook pour maturation cervicale est un cathéter à double ballonnet en silicone muni d'un stylet malléable et réglable en longueur. Il est destiné à la dilatation mécanique du canal cervical avant le déclenchement du travail à terme lorsque le col est défavorable.



Ballonnet de maturation cervicale



Stylet

Numéro de commande	Référence produit	Fr	Longueur cm	Volume du ballonnet mL
G19891	**J-CRBS-184000**	18	40	80

Références

1. Cromi A, Ghezzi F, Uccella S, et al. A randomized trial of preinduction cervical ripening: dinoprostone vaginal insert versus double-balloon catheter. *Am J Obstet Gynecol*. 2012:207(2):125.e1-e7. doi:10.1016/j.ajog.2012.05.020.
2. Hoppe KK, Schiff MA, Peterson SE, et al. 30 mL single- versus 80 mL double-balloon catheter for pre-induction cervical ripening: a randomized controlled trial [published online ahead of print August 25, 2015]. *J Matern Fetal Neonatal Med*. doi:10.3109/14767058.2015.1067297.

Service Clientèle

FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

NOM DU PRODUIT : Cook Cervical Ripening Balloon with Adjustable Stylet - Ballonnet Cook pour maturation du col avec stylet réglable, **DESTINATION :** Le ballonnet Cook pour maturation du col est indiqué pour la dilatation mécanique du col de l'utérus avant le déclenchement du travail à terme lorsque le col ne se prête pas à une induction, **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIa, **ORGANISME NOTIFIE :** TUV SUD 0123, **FABRICANT :** Cook Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie, **DATE DE PUBLICATION :** 2019 Septembre

© COOK 10/2019 RH-D50222-FR-FC_v2